



Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky označené „Analyzátor spalin FID pro emisní monitoring ve spalinách ze spalování fosilních paliv a odpadů“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., děkan Fakulty strojní
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu označené „Analyzátor spalin FID pro emisní monitoring ve spalinách ze spalování fosilních paliv a odpadů“. Tímto na žádosti odpovídáme a vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

prosíme o poskytnutí vysvětlení, zda má být předmětem dodávky také odběrový systém/sonda, případně systém úpravy vzorky, či příslušenství pro připojení nosného plynu či kalibračních plynů (redukční ventily, šroubení apod.)?

Odpověď:

Tak jak je uvedeno v technické specifikaci, předmětem dodávky je kontinuální analyzátor a čerpadlo vzorku plynu, spalin s relevantním propojením. Požadováno základní příslušenství pro připojení nosného plynu či kalibračních plynů.

Předmětem dodávky není topená odběrová trasa plynného vzorku k analyzátoru, není součástí dodávky sonda odběru vzorku spalin, ani systém úpravy vzorku.

Redukční ventily na tlakové láhve relevantních plynů požadovány nejsou.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci je uvedené: Analyzátor FID vhodný pro emisní monitoring (org.C) ve spalinách (surových) ze spalování fosilních paliv a odpadů.

Je tím myšleno, že analyzátor musí mít certifikát QAL1 dle EN 14181?

Odpověď:

Ano, analyzátor musí mít certifikát QAL1 dle EN 14181.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. prosince 2021 do 10:00 hodin.**

Odstavec 6.2. *Výzvy k podání nabídky* se mění a nově zní:

6.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 14. prosince 2021 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek