

VYSVĚTLENÍ – ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1

analogicky v souladu s § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název zakázky: **Klimatická komora pro pěstování rostlin**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 619 89 100, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu **Klimatická komora pro pěstování rostlin**, vydává na základě žádosti ze dne 5. 9. 2022 a ze dne 6. 9. 2022 vysvětlení – změnu zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:
budete akceptovat užitný objem komory 256 l?

Odpověď na dotaz č. 1:
Ano, zadavatel bude akceptovat užitný prostor minimálně 256 l.

Dotaz č. 2:
Je přípustné nabídnout klimatickou komoru pro pěstování rostlin s teplotním rozsahem 0-50 °C a rozsahem vlhkosti 55-90 % (55-85 % při rozsvíceném osvětlení a 60-90 % při zhasnutém osvětlení)?

Odpověď na dotaz č. 2:
Ano, zadavatel bude akceptovat tento rozsah vlhkosti.

Zadavatel s ohledem na změnu zadávacích podmínek nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek, a to 20. 9. 2022 do 9:00 hod

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava