

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Veřejná zakázka:
Cytocentrifuga

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61989100, jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **Cytocentrifuga**, obdržela 26. 4. 2019 dotaz k zadávacím podmínkám, na které poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1:

Námi nabízená cytocentrifuga splňuje veškeré požadované technické parametry až na 1, a to: "Možnost volby rychlosti náběhu rotace centrifugy min. ve 3 stupních". Tento parametr námi nabízená cytocentrifuga nemá.

Bude zadavatel akceptovat cytocentrifugu bez splnění tohoto parametru při splnění všech ostatních požadovaných technických parametrů?

Dotaz č. 2:

Ne, nebude akceptovat, zadavatel trvá na technických parametrech, které stanovil v zadávací dokumentaci. Nesplnění byť i jednoho z parametrů povede k vyloučení účastníka pro nesplnění zadávacích podmínek.

V Ostravě 26. 4. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava