

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Veřejná zakázka:
Centrifuga

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61989100, jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **Centrifuga**, obdržela 24. 4. 2019 dotaz k zadávacím podmínkám, na který poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1:

Mám dotaz k předmětu dodání. Je předmětem dodání pouze centrifuga? Pokud je předmětem dodání i příslušenství, prosím zadavatele o specifikaci požadovaných rotorů, kyvet a adapterů nebo o specifikaci zkumavek, které bude uživatel při centrifugaci používat.

Odpověď na dotaz č. 2:

Součástí dodávky je i rotor a držák na zkumavky.

Držák musí umožňovat uchycení mikrozkušavek 2 ml a konických zkumavek do 15 ml.

Držák musí umožňovat současné odstředování až 24 kusů mikrozkušavek 1,5 / 2 ml.

U větších zkumavek o objemu do 15ml, bude dostatečné držení a současné odstředování 20 zkumavek.

Zadavatel s ohledem na změnu zadávacích podmínek nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 22. 5. 2019 do 10:00 hod.

V Ostravě 26. 4. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava