

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Veřejná zakázka:
Chladicí desky

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61989100, jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **Chladicí desky**, obdržela 24. 4. 2019 dotaz k zadávacím podmínkám, na který poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 3:

Zadavatel v příloze č. 1 ZD - Technická specifikace uvádí maximální rozměry 500 x 500 x 500 mm, minimální rozměry pracovní plochy 300 x 200 mm a maximální hmotnost 25 kg. Bude zadavatel akceptovat v jedno rozměru lehce větší přístroj - 590 x 345 x 385 mm s hmotností 27 kg a velikostí pracovní plochy 320 x 300 mm?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel změnou ZD č. 1 povolil větší hloubku zařízení (max. do 600 mm).

Nově zadavatel stanovuje maximální rozměry (š, h, v): 600 x 600 x 500 mm a maximální hmotnost 27,5 kg. Rozměry pracovní plochy byly dány minimální, tudíž mohou být 320 x 300 mm.

Zadavatel s ohledem na změnu zadávacích podmínek nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 22. 5. 2019 do 9:30 hod.

V Ostravě 26. 4. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava