



## Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky označené „Asynchronní dynamometr vč. příslušenství“

Název veřejného zadavatele	<b>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava</b>
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Profil zadavatele	<a href="https://zakazky.vsb.cz/">https://zakazky.vsb.cz/</a>
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	<a href="mailto:miroslav.jilek@vsb.cz">miroslav.jilek@vsb.cz</a>

Vážení,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Asynchronní dynamometr vč. příslušenství“, zadávané v otevřeném řízení. V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

### **Dotaz č. 1:**

V technické specifikaci je uveden požadavek, že systém dynamometru musí být kompatibilní se stávajícím řídicím a měřicím systémem DMS od společnosti TES Vsetín, s.r.o.

S odkazem na text části II. zadávací dokumentace "Vymezení předmětu zakázky", bodu 2.6 a bodu 10.4 části X zadávací dokumentace "Jiné požadavky pro plnění a průběh veřejné zakázky" považujeme tento požadavek zadavatele za diskriminační a vylučující účast všech zahraničních výrobců.

Zahraníční či jiní tuzemští výrobci nabízí dynamometry řízené vlastním řídicím systémem, který nenavazuje na systém TES Vsetín.

Žádáme proto zadavatele o zrušení tohoto požadavku či o poskytnutí potřebných údajů pro zajištění požadované kompatibility se systémem TES Vsetín.

### **Odpověď:**

Zadavatel v rámci jiné investiční akce již v minulosti pořídil řídicí a měřicí systémem DMS od společnosti TES Vsetín, s.r.o. Vzhledem k efektivitě a hospodárnosti vynaložených prostředků zadavatel nemůže a nebude pořizovat další řídicí a měřicí systém pro dynamometr a musí použít systém stávající a již pořízený.

Stávající řídicí systém je nyní nastaven pouze pro simulaci dynamometru. Moduly řízení dynamometru, moduly emisního měření, spotřeboměru, vyčítání ECU jednotek motorů atp. je nutné doprogramovat do řídicího systému. Princip komunikace díky tomu není stanoven a jeho definice je plně na vybraném dodavateli dynamometru a řídicím systémem v závislosti na typu dynamometru resp. měniče dynamometru a ostatních přístrojů a snímačů. Doprogramování a zprovoznění je součástí předmětu a celkové ceny veřejné zakázky.

Požadavek na kompatibilitu pořizovaného dynamometru se stávajícím systémem je tedy zcela odůvodněný a legitimní.

Tazatel dále upozorňuje na odstavce 2.6 a 10.4 zadávací dokumentace. Zadavatel však této poznámce tazatele nerozumí, neboť se nejedná o ustanovení jakkoliv kohokoliv diskriminující. Odst. 2.6 uvádí možnost použití kvalitativně a technicky obdobného řešení, tedy přirozeně vyjma již pořízeného vybavení, které je již z podstaty přesně dáno. Nejedná se o žádné diskriminační ustanovení, spíše naopak. Odst. 10.4 je citací § 48 odst. 9 zákona, tedy jedná se o zákonnou povinnost zadavatele ověřit vlastnickou strukturu u vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti. Tuto povinnost zákonodárce do zákona zařadil jako obdobu povinnosti tuzemských dodavatelů danou v § 48 odst. 7 zákona. Nejedná se tedy v žádném případě o diskriminaci zahraničních dodavatelů.

## **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. května 2019 do 10:00 hodin.**

Odstavec 13.2. *Zadávací dokumentace* se mění a nově zní:

**13.2. Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 22. května 2019 do 10:00 hodin.** Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Dále se mění termín otevírání obálek v odstavci 14.2. *Zadávací dokumentace*:

14.2. Otevírání nabídek - V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne **22. května 2019** od 10:00 hodin na adrese VŠB–TU OSTRAVA, budova Podnikatelského inkubátoru, Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava.

V Ostravě dne 2. května 2019

.....  
Ing. Miroslav Jílek  
specialista veřejných zakázek