

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Veřejná zakázka:
Cytocentrifuga

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61989100, jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **Centrifuga**, obdržela 29. 4. 2019 dotaz k zadávacím podmínkám, na který poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze Technická specifikace neuvádí, jaké vzorky, respektive v jakých zkumavkách, bude v popínané centrifuze točit. V technické specifikaci je pouze uvedeno, že zadavatel vyžaduje rotor s 10 pozicemi. Mohl by, prosím, zadavatel doplnit specifikaci zkumavek, které bude chtít centrifugovat?

Odpověď na dotaz č. 1:

Přístroj musí umožňovat centrifugovat opakovaně použitelné filtrační zkumavky/koncentrátory do objemu 10 ml.

Zadavatel s ohledem na doplnění zadávacích podmínek nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 5. 2019 do 10:00 hod.

V Ostravě 3. 5. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava