

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Veřejná zakázka:
Centrifuga

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61989100, jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **Centrifuga**, obdržela 10. 5. 2019 dotaz k zadávacím podmínkám, na který poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1:

Rádi bychom nabídli centrifugu vyhovující ve všech bodech technické specifikace s výjimkou hloubky přístroje a max. příkonu.

Bude zadavatel akceptovat centrifugu o hloubce 610 mm a max. příkonu 1010W?

Dále bychom se chtěli zeptat, zda je předpokládaná cena 55 000,-Kč bez DPH i cenou maximálně přípustnou

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na parametrech technické specifikace, rozměrech i max. příkonu.

Předpokládaná hodnota je stanovena na 55 000 Kč bez DPH, ale není maximální. Dodavatel může podat i nabídku s vyšší cenou.

V Ostravě 13. 5. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava