



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

k veřejné zakázce

„Analyzátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Sídlo zadavatele	Lumírova 630/13, Ostrava - Výškovice, 700 30
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství
Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Marcel Pobořil
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 211
E-mail	marcel.poboril@vsb.cz

Vážení,

zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Norma ČSN EN ISO 2719 dovoluje použití plynového aj elektrického zapalovača. Je možné dodanie elektrického zapalovača s keramickým povlakom (a 10x dlhšou životnosťou v porovnaní s inými elektrickými zapalovačmi)? Navrhované riešenie splňuje normy ASTM D93, EN ISO 2719, IP 34, JIS K2265-3, GB/T261.

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje dodržení stávající technické specifikace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 10. 2023 do 10:00 hodin.**

V Ostravě dne 2. 10. 2023

.....
Mgr. Marcel Pobořil
specialista veřejných zakázek