



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Soustava chromatografů pro projekt REFRESH“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 20. 12. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Soustava chromatografů pro projekt REFRESH“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

Budete zadavatel akceptovat čerpadlo s tlakovým rozsahem 800 bar u systému s označením UHPLC?

Odpověď:

Ano, čerpadlo s tlakovým rozsahem 800 bar akceptujeme pro systém s označením UHPLC.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace), kdy se u přístroje UHPLC, Gradientového čerpadla, mění tlaková odolnost na minimálně 800 bar.

Předmětný parametr se tedy v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace u Gradientového čerpadla přístroje UHPLC mění následovně:

- tlaková odolnost minimálně **800** bar

Shodně se mění tento parametr, také u přílohy č. 1 Obchodních podmínek.

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 Technická specifikace ve znění V1.docx* a *02 Obchodní podmínky ve znění V1.docx*). Změněné ustanovení je uvedeno **zelenou tučnou kurzivou**. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít Technickou specifikaci a Obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. ledna 2024 do 10:00 hodin.**

Odstavec 13.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

13.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 29. 1. 2024 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Zároveň se adekvátně posouvá termín otevírání obálek. Odstavec 14.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

14.2. Otevírání nabídek - V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 29. 1. 2024 od 10:00 hodin na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, budova Business centrum VŠB-TUO, Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava a v prostředí elektronického nástroje.

Přílohy:

01 Technická specifikace ve znění V1.docx

02 Obchodní podmínky ve znění V1.docx

V Ostravě dne 22. 12. 2023

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek