



## Vysvětlení zadávacích podmínek č.2

k veřejné zakázce na dodávky v otevřeném nadlimitním řízení

**Zadavatel:**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00  
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.  
IČ: 61989100

zastoupená: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

**Veřejná zakázka  
Přístroj TG/DSC s příslušenstvím**

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s ustanovením § 98 a zadávací dokumentace vydává vysvětlení zadávacích podmínek č.2. Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce v souladu se zadávací dokumentací obdržel dne 30.5. 2019 prostřednictvím chatu dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce:

**Dotaz č. 1:**

V návaznosti na veřejnou zakázku (dále VZ) „Přístroj TG/DSC s příslušenstvím“ si Vás dovoluji požádat o upřesnění, které se týká následných parametrů technické specifikace.

Bylo by přijatelné rozlišení teploty od 0,04 °C?

Byla by přijatelná přesnost teploty od +/- 1 °C?

Jelikož je drift silně závislý na typu snímače a experimentálních podmínkách jako velikost vzorku, atmosféra, teplotní program, byl by k uvážení drift po korekci blanku?

Pokud není k dispozici neomezená instalace softwaru, jaký počet procesní licence by byl akceptován?

Děkujeme za objektivní posouzení naší žádosti a těšíme se na možnou spolupráci.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Navržené změny technické specifikace obsažené v dotazu dodavatele jsou pro zadavatele z technického hlediska nepřijatelné.

Zadávací podmínky veřejné zakázky se nemění.

V Ostravě dne 3. 6. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava