



Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění na dodávky pod označením „Mössbauerovy spektrometry“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, právní forma):	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 61989100 601 - Vysoká škola
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoukanálového Mössbauerova spektrometru pro TMS a CEMS a přenosného Mössbauerova spektrometru pro TMS a CXMS. Součástí předmětu je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu stanoveném technickou specifikací (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace).
Cena sjednaná ve smlouvě:	3.157.000,- Kč bez DPH
Označení účastníků zadávacího řízení (sídlo/místo podnikání; IČ):	
Univerzita Palackého v Olomouci	Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc IČ: 61989592
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:	
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.	
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:	
Obchodní firma/název:	Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo:	Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc
IČ:	61989592
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:	Ekonomicky nejvýhodnější nabídka podle nejnížší nabídkové ceny za celý její předmět. Jelikož v zadávacím řízení byl jediný účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“), byl účastník v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení hodnocení.
Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatelů (je-li zadavateli známo):	Bez poddodavatelů
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:	
Nebylo použito.	
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:	
Zadavatel dospěl k závěru, že pouze Mössbauerovy spektrometry, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou schopny naplnit potřeby zadavatele dané projektem pro výuku Mössbauerovy spektrometrie a zvýšení kvality přípravy studentů ve fyzikálních a materiálních oblastech a k rozšíření komplexní charakterizace zkoumaných materiálů. Cílem veřejné zakázky je nákup dvou Mössbauerových spektrometrů, prvního v konfiguraci CEMS-TMS a druhého v konfiguraci CXMS-TMS. Unikátní výhodou Mössbauerovy spektroskopie je totiž možnost získání informací z různých hloubek zkoumaného systému. V případě konverzních elektronů (CEMS) jsou studovány povrchové vlastnosti z hloubky cca 200-300 nm, u měření s registrací sekundárního rentgenového záření (CXMS) je získána informace z hloubky cca 25 μm a v případě transmisní spektroskopie (TMS) prochází gama záření celým vzorkem, jehož tloušťka by neměla přesáhnout 50	

μm, jinak je záření absorbováno. Moderní Mössbauerovy spektrometry umožňují nejen současné měření CEMS-TMS a CXMS-TMS spekter, což výrazně urychlí analýzu zkoumaného vzorku, ale také měření spekter s časovou koincidencí (TDMS) nebo měření doby života prvního excitovaného stavu izotopu ⁵⁷Fe. Takový přístroj umožňuje například vyšetřování gama pulsů nebo gama ozvěn či kvantových beatů a je tedy vhodný nejen pro materiálový výzkum, ale i pro oblasti jaderné a kvantové fyziky, které jsou v doktorských studijních programech VŠB-TUO taktéž rozvíjeny. TDMS je optimální metodou pro detailní studium krystalové struktury zkoumaných materiálů a analýzu naměřených spekter ve vysokém rozlišení.

Požadované Mössbauerovy spektrometry v požadovaných specifikacích nezbytných pro naplnění účelu a cílů projektu jsou na stávajícím trhu vyráběny a vyvíjeny pouze Univerzitou Palackého v Olomouci, sídlem Křížkovského 511/8, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 61989592, což bylo zjištěno z provedeného ověření relevantního trhu.

S ohledem na výše uvedené je dodavatel Univerzita Palackého v Olomouci jediný, kdo dokáže z technických důvodů předmět veřejné zakázky splnit. Zadavatel jej oslovil v jednacím řízení bez uveřejnění, a to v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) zákona, jelikož z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a současně ve smyslu § 63 odst. 4 zákona nelze využít jiného přiměřeného řešení a zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:

Nebylo zrušeno.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Nebyly použity.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyl zjištěn střet zájmů.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Nebylo použito.

V Ostravě dne 27. 3. 2024

.....
Mgr. Marcel Pobořil
specialista veřejných zakázek