



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Pořízení planetárního laboratorního mixeru“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D., ředitelka CNT
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení planetárního laboratorního mixeru“. Tímto na žádosti odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

v příloze č.1 Technické specifikaci je zmíněno, že přístroj má být dodán s adaptérem na 3 x 6ml stříkačky. 6 ml stříkačky se však k tomuto typu přístroje nepoužívají, nedošlo k záměně údajů a nemá jít o 6 x 3 ml stříkačky?

Odpověď:

Ano, adaptéry mají být pro stříkačky o velikosti 3 ml.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci, kdy opravuje požadavek na adaptéry tak, že požaduje 6 ks adaptérů pro stříkačky o velikost 3 ml.

Předmětný parametr se tedy v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace zní následovně:

- adaptéry pro **6** ks stříkaček o velikosti **3** ml, dovolující míchání materiálů v těchto stříkačkách, a spolu s těmito adaptéry také dodání alespoň 100 ks kontejnerů o velikosti 12 ml.

Shodně se mění tento parametr, také u přílohy č. 1 Obchodních podmínek.

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 01 Technická specifikace - ve znění V1.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx*). Změněné ustanovení je uvedeno **zelenou tučnou kurzivou**. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít Technickou specifikaci a Obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 4. 2024 do 14:00 hodin**.

Odstavec 7.2. Výzvy k podání nabídek se mění a nově zní:

7.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 30. 4. 2024 do 14:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V1.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx

V Ostravě dne 18. 4. 2024

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek