



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Lyofilizátor“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D., ředitelka CNT
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Lyofilizátor“. Tímto na žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

bude zadavatel akceptovat lyofilizátor, který splňuje technické podmínky zadávací komunikace avšak je vybaven odmrazením kondenzoru pomocí horkého plynu a akrylátový zvon s ochranou proti impolozí je osazen 12ti ventily pro baňky s kulatým dnem, lahve a ampule.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj vybavený odmrazením kondenzoru pomocí horkého plynu.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci, kdy tuto možnost do ní doplňuje. Předmětný parametr se tedy v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace nově zní následovně:

- systém pro elektrické odmrazení kondenzoru, **nebo pro odmrazení kondenzoru pomocí horkého plynu;**

Shodně se mění tento parametr, také u přílohy č. 1 Obchodních podmínek.

Ano, akrylátový zvon s ochranou proti impolozí může být osazen 12ti ventily pro baňky s kulatým dnem, lahve a ampule.

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 01 Technická specifikace - ve znění V1.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx*). Změněné ustanovení je uvedeno **zelenou tučnou kurzivou**. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít Technickou specifikaci a Obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 5. 2024 do 15:00 hodin.**

Odstavec 7.2. Výzvy k podání nabídek se mění a nově zní:

7.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 16. 5. 2024 do 15:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V1.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx

V Ostravě dne 2. 5. 2024

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek