



Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná otevřeném řízení na dodávky pod označením „Bezodrazová komora“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, právní forma):	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 61989100 601 - Vysoká škola
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka bezodrazové komory včetně vektorového analyzátoru pro měření antén v bezodrazové komoře, anténních pracovišť a dalšího softwarového a hardwarového vybavení, zahrnující návrh, konstrukci, montáž a uvedení komory do provozu. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, zpracování dokumentace technického řešení nabízeného zařízení a zaškolení operátorů v rozsahu min. 3 dny teoretického a praktického školení (s praktickou ukázkou měření ve vzdálené a blízké zóně včetně porovnání výsledků, přestavby komory ze vzdálené zóny na blízkou) včetně školící dokumentace.
Cena sjednaná ve smlouvě:	14.273.104,- Kč bez DPH
Označení účastníků zadávacího řízení (sídlo/místo podnikání; IČ):	
TECTRA a.s.	Domkovská 2342/43, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 14892316
ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.	Praha 6 - Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, PSČ 16000, IČ: 14892316
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:	
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.	
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:	
Obchodní firma/název:	TECTRA a.s.
Sídlo:	Domkovská 2342/43, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ:	14892316
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:	Ekonomicky nejvýhodnější nabídka podle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez DPH). V souladu se zvoleným kritériem hodnocení bylo stanoveno následující pořadí: Nabídková cena bez DPH: 1. TECTRA a.s. 14.273.104,- Kč 2. ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o. 15.359.100,- Kč V kritériu nejnižší nabídkové ceny byla nejlépe hodnocena nabídka účastníka č. 1 TECTRA a.s.
Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatelů (je-li zadavateli známo):	Bez poddodavatelů

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:
Nebylo zrušeno.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebyly použity.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Nebyl zjištěn střet zájmů.
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bezodrazové komory včetně vektorového analyzátoru pro měření antén v bezodrazové komoře. Bezodrazovou komoru a vektorový analyzátor pro měření antén v bezodrazové komoře (dále jen „VNA“) nelze zadávat samostatně z důvodu vysokého rizika dodávky nefunkčního celku bezodrazové komory, který nebude s VNA komunikovat. Zařízení VNA je nedílnou vestavěnou komponentou bezodrazové komory, bezodrazová komora bez něj nedokáže pracovat. Pro správnou funkci bezodrazové komory potřebuje dodavatel bezodrazové komory předem znát přesný typ, vlastnosti, komunikační povely a rozhraní VNA a ověřit si, zda VNA dokáže zapracovat do bezodrazové komory jako funkčního celku. Dodavatelé bezodrazových komor obvykle implementují do bezodrazové komory ověřený typ VNA, který jsou schopni povelovat. Výběr dodavatele VNA v jiném zadávacím řízení před výběrem dodavatele bezodrazové komory není možné z důvodu neznámého budoucího dodavatele bezodrazové komory, který může mít na typ a vlastnosti VNA další vlastní požadavky. Výběr dodavatele obou zařízení v samostatných zadávacích řízeních, nebo v zadávacím řízení rozdělené na části by s vysokou pravděpodobností ohrozilo funkčnost řešení bezodrazové komory jako celku.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Nebylo použito.

V Ostravě dne 7. 5. 2024

.....
Mgr. Marcel Pobořil
specialista veřejných zakázek