

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky pod označením „Systém magnetronového naprašování“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ):	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba 61989100	
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému magnetronového naprašování.	
Cena sjednaná ve smlouvě:	Veřejná zakázka byla zrušena před uzavřením smlouvy	
Označení účastníků zadávacího řízení (název; sídlo/místo podnikání; IČ):		
Měřicí technika Morava s.r.o.	Babická 619, 664 84 Zastávka	29316715
Königssystems UG (haftungsbeschränkt)	Schenefeld/Krs. Pinneberg, Borgfelde 6, 22869 Schenefeld, Spolková republika Německo	DE HRB 17076 PI
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:		
Žádný účastník nebyl vyloučen.		
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:		
Veřejná zakázka byla zrušena před uzavřením smlouvy		
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:		
Nebylo použito		
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:		
Nebylo použito		
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:		
Nebylo použito		
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:		
Zadavatel v tomto zadávacím řízení stanovil v příloze zadávací dokumentace č. 1 technické požadavky na poptávaný systém magnetronového naprašování. Zadavatel v průběhu zadávacího řízení (po lhůtě pro podání nabídek) zjistil, že technické požadavky na poptávaný systém magnetronového naprašování obsahují chyby. Konkrétně jsou nedostatečně specifikované některé klíčové komponenty požadovaného systému. Jedná se o tyto komponenty: - Uspořádání čerpacího systému a počet požadovaných vakuových pump. Popis v technické specifikaci je nejednoznačný a umožňuje dodání tří vakuových pump. Zadavatel však pro naplnění svých potřeb a cílů nutně potřebuje, aby systém obsahoval celkově čtyři vakuové pumpy. - Absence explicitního požadavku na přechodový ventil mezi hlavní turbomolekulární pumpou a reaktorem, jehož nedodání by znamenalo značně omezenou funkčnost požadovaného systému magnetronového naprašování. - Podrobnější specifikace orientace nosiče substrátů v reaktoru. Nejednoznačnost technické specifikace tak umožňuje i technologická řešení, která jsou nevyhovující vzhledem k požadovaným aplikacím systému magnetronového naprašování. Tato chyba zadavatele by měla za následek nepoužitelnost či omezenou funkčnost dodaného systému magnetronového naprašování pro zadavatelem zamýšlené využití. Dané zařízení by tak nevyhovovalo po technické stránce potřebám zadavatele. Zadavatel svou chybu zjistil až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Chybu tedy u této veřejné zakázky již nelze napravit. Pokračování v zadávacím řízení by zadavatele nutilo pořídit zařízení, které neuspokojí jeho potřeby a jednalo by se o nehospodárně vynaložené prostředky. Nelze tak po zadavateli spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, veřejnou zakázku „Systém magnetronového naprašování“ zrušil.		
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:		
Nebyly použity		

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Nebyl zjištěn střet zájmů
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Jedná se o jeden přístroj včetně příslušenství.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Nebylo použito