



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 veřejné zakázky označené „Lyofilizátor“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D., ředitelka CNT
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Lyofilizátor“. Tímto na žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 3:

Je možné ze strany zadavatele akceptovat nabídku Lyofilizátoru, který bude vybaven dle zadání min. 3 nerezovými policemi, ovšem s průměrem 300 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj vybavený třemi policemi s průměrem 300 mm.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci a tento parametr upravuje. Předmětný parametr se tedy v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace nově zní následovně:

- min. **3** x nerezová police; průměr polic do **300** mm (**včetně**);

Shodně se mění tento parametr, také u přílohy č. 1 Obchodních podmínek.

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 01 Technická specifikace - ve znění V3.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V3.docx*). Změněné ustanovení je uvedeno **fiolovou tučnou kurzivou**. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít Technickou specifikaci a Obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 6. 2024 do 10:00 hodin.**

Odstavec 7.2. Výzvy k podání nabídek se mění a nově zní:

7.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 5. 6. 2024 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V3.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V3.docx

V Ostravě dne 21. 5. 2024

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek