



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Bioreaktor“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 8. 8. 2024 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Bioreaktor“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tyto žádosti odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

v technické specifikaci uvádíte požadavek: Přístroj umožňuje řízení teploty v rozmezí alespoň 10 – 50 °C bez připojení na externí zdroj chlazení....naš přístroj má možnost regulovat teplotu pomocí bloku, nicméně dle zkušeností je použití duplikované nádoby s malým externím cirkulátorem efektivnější, přesnější a lépe kontrolovatelné. Rádi bychom dodali co nejlepší systém. Bude pro Vás řešení s duplikovanou nádobou a cirkulátorem přijatelné?

Odpověď:

Zadavatel tímto požadavkem zamýšlel, aby „zdroj chladu“ byl součástí samotného dodávaného přístroje/sestavy. Aby tedy chlazení nevyžadovalo připojení na vodovodní řád, nebo dodatečného termostatu, jenž není součástí nabízené sestavy. Použití duplikované nádoby tak není v rozporu s požadavkem zadavatele.

Aby ten to požadavek byl zcela zřejmý, upravuje zadavatel požadovaný parametr v technické specifikaci následovně:

Přístroj umožňuje řízení teploty v rozmezí alespoň 10 – 50 °C. <i>V případě použití externího zdroje chlazení tento zdroj musí být součástí nabídky.</i>	ANO	<u><i>uvede účastník</i></u>
---	-----	------------------------------

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky (závazný návrh smlouvy o dodávce přístrojového vybavení) jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 Technická specifikace - ve znění V1.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx*). Změněné ustanovení je uvedeno ***zelenou tučnou kurzivou***. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít technickou specifikaci a obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

v zadávací dokumentaci u profesní způsobilosti uvádíte požadavek doložení prodeje dvou bioreaktorů v posledních 3 letech. Je možné doložit dodávky bioreaktorů výrobcem, a zároveň doložit naše zastoupení pro ČR v oblasti bioreaktorů a naše proškolení? Bioreaktory dodává většinou přímo výrobce a my působíme jako zástupce ve věcích technických a obchodních v ČR.

Odpověď:

Část kvalifikace lze prokázat prostřednictvím jiné osoby. Možnost a podmínky prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je řešena v odst. 4.15. Zadávací dokumentace, resp. v § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 9. 2024 do 10:00 hodin.

Odstavec 13.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

13.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 19.9.2024 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Zároveň se adekvátně posouvá termín otevírání obálek. Odstavec 14.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

14.2. Otevírání nabídek - V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 19.9.2024 do 10:00 hodin na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, budova Business centrum VŠB-TUO, Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava a v prostředí elektronického nástroje.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V1.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek