



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Univerzální systém pro sběr dat na bázi programovatelných kontrolérů a měřících modulů“

Název veřejného zadavatele	<b>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky</b>
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D., děkan FEI
Profil zadavatele	<a href="https://zakazky.vsb.cz/">https://zakazky.vsb.cz/</a>
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel z vlastního popudu poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu označené „Univerzální systém pro sběr dat na bázi programovatelných kontrolérů a měřících modulů“. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

### **Doplnění č. 1:**

Zadavatel zjistil, že chybně specifikoval technické parametry bloku 30, kdy správně se má jednat o **3** kanálový vstupní modul pro přesné měření velkých proudů, který bude disponovat **3** simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma.

Zadavatel tak opravuje název a první řádek popisu tohoto bloku 30. Nové a správné znění je:

<b>Blok č. 30 – 3-kanálový vstupní modul pro přesné měření velkých proudů.</b>		
Modul bude disponovat <b>3</b> simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1 613 Hz do 50 kHz. Vstupní proudový rozsah jednotlivých převodníků bude 5A (RMS)/14,9VDC.	ANO	<i>účastník uvede ANO/NE</i>

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky (závazný návrh smlouvy o dodávce přístrojového vybavení) jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 Technická specifikace - ve znění V1.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx*). Změněné ustanovení je uvedeno **zelenou tučnou kurzívou**. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít technickou specifikaci a obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

**Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 9. 2024 do 10:00 hodin.**

Odstavec 7.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

**7.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 16. 9. 2024 do 10:00 hodin.** Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V1.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx

V Ostravě

.....  
Ing. Miroslav Jílek  
specialista veřejných zakázek