



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00  
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.

IČ: 61989100

zastoupená: prof. Ing. Lucíí Obalovou, Ph.D., ředitelkou IET

**Veřejná zakázka  
Trubková pec**

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce **Trubková pec** v souladu s výzvou k podání nabídky obdržel dne 22. 10. 2024 prostřednictvím chatu dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce vydává vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek č.1 vztahující se k předmětné veřejné zakázce:

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den, v požadavcích máte uvedeno nestandardní rozměr trubice. Tento rozměr má být zachován, nebo ho považujete za minimální možný?

Křemenná trubice vhodná pro vzduch i inertní atmosféru (25 ID x 32 OD x 1050 mm)

**Odpověď na dotaz č. 1:**

**Zadavatel trvá na požadovaných parametrech stanovených zadávacích podmínkách veřejné zakázky.**

Zadavatel trvá na zachování rozměru křemenné trubice dle technické specifikace předmětu plnění. Konkrétní rozměr trubice (reaktoru), který je vhodný pro vzduch i inertní atmosféru, je požadován s ohledem na množství a formu katalyzátorů, které v něm budou testovány. Množství a forma katalyzátoru má vliv na výšku lože katalyzátoru, které společně s průtokem vzduchu/inertu (limitován schopnostmi připojeného spektrometru) ovlivňují GHSV/WHSV, které je nutné udržet v požadovaném rozsahu.

Zadávací podmínky se nemění.

V Ostravě dne 23. 10. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava