

# Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky pod označením „Analyzátor dynamického rozptylu světla“

<b>Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ):</b>	<b>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava</b> 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 61989100		
<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka analyzátoru distribuce velikosti částic s dynamickým rozptylem světla, umožňujícího měření velikosti částic, zeta potenciálu a molekulové hmotnosti, vč. SW a příslušenství.		
<b>Cena sjednaná ve smlouvě:</b>	1 589 900,00 Kč bez DPH		
<b>Označení účastníků zadávacího řízení (název; sídlo/místo podnikání; IČ):</b>			
SPECION, s.r.o.	Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00 Praha 4	48112836	1 589 900,00 Kč bez DPH
ANAMET s.r.o.	Praha 5 - Smíchov, Kováků 26, PSČ 15000	25652150	1 583 000,00 Kč bez DPH
<b>Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:</b>			
ANAMET s.r.o.	Zařízení nabízené účastníkem ANAMET s.r.o. nesplňuje minimální technické požadavky zadavatele. Konkrétně: - Zadavatel požadoval, aby systém obsahoval automatický titrátor s rychlostí čerpadla alespoň 20 ml/min. Účastník ANAMET s.r.o. nabídl titrátor s průtokem 15 ml/min. - Zadavatel požadoval, aby analyzátor obsahoval standardní elektrodu potaženou uhlíkem. Účastník ANAMET s.r.o. nabídl elektrody potažené zlatem či palladiové. Účastník tak nesplnil minimální technické požadavky zadavatele stanovené zadávacími podmínkami. Zadavatel účastníka ANAMET s.r.o., v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona, vyloučil z další účasti v této veřejné zakázce.		
<b>Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:</b>			
Obchodní firma/název:	SPECION, s.r.o.		
Sídlo:	Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00 Praha 4		
IČ:	48112836		
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:	Jediná nabídka, která splňuje požadavky zadavatele		
Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatelů (je-li zadavateli známo):	Bez poddodavatelů		
<b>Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:</b>			
Nebylo použito			
<b>Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:</b>			
Nebylo použito			
<b>Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:</b>			
Nebylo použito			
<b>Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:</b>			
Nebylo zrušeno.			
<b>Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:</b>			
Nebyly použity			
<b>Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn</b>			
Nebyl zjištěn střet zájmů			
<b>Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:</b>			
Jedná se o jeden přístroj včetně příslušenství.			
<b>Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci</b>			
Nebylo použito			