

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky pod označením „Bioreaktor“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ):	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 61989100		
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního bioreaktoru vhodného pro kultivační reakce, digesce a podobné procesy vedené ve vodné fázi za kontrolovaných reakčních podmínek, vč. SW a příslušenství.		
Cena sjednaná ve smlouvě:	Smlouva nebyla uzavřena		
Označení účastníků zadávacího řízení (název; sídlo/místo podnikání; IČ; nabídková cena v Kč bez DPH):			
The Cultivated B GmbH	Salomon-Calvi-Str. 1-3, 69124 Heidelberg, Spolková republika Německo	HRB 740656	1 139 879,00
BioTech a.s.	Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00 Praha 10	25664018	877 000,00
WINMIL, s.r.o.	Brno - Jundrov, Šeříková 274/31, PSČ 63700	25545922	878 336,00
VEKAMAF s.r.o.	Praha 8 - Kobylisy, Klapkova 731/34, PSČ 18200	48535630	881 050,00
ESCIMEDA s.r.o.	Na Vyšehradě 1092, Horní Předměstí, 572 01 Polička	27939031	892 306,30
NEOTEC, spol. s r.o.	Praha 5, Jinonická 804/80, PSČ 15800	14893703	649 000,00
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:			
Žádný účastník nebyl vyloučen.			
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:			
Smlouva nebyla uzavřena			
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:			
Nebylo použito			
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:			
Nebylo použito			
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:			
Nebylo použito			
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:			
Zadavatel v tomto zadávacím řízení stanovil v zadávací dokumentaci kvalifikační požadavky a v příloze zadávací dokumentace č. 1 technické požadavky na poptávaný bioreaktor. Zadavatel v průběhu zadávacího řízení (po lhůtě pro podání nabídek) zjistil, že: - Technické požadavky na poptávaný bioreaktor obsahují chyby. Konkrétně jsou nedostatečně specifikované některé klíčové komponenty požadovaného systému. Nejednoznačnost technické specifikace tak umožňuje i technologická řešení, která jsou nevyhovující vzhledem k předpokládanému využití bioreaktoru. Dané zařízení by tak nevyhovovalo po technické stránce potřebám zadavatele. - Kvalifikační předpoklady jsou stanoveny natolik přísně, že to může neodůvodněně omezovat hospodářskou soutěž. Zadavatel svou chybu zjistil až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Chybu tedy u této veřejné zakázky již nelze napravit. Pokračování v zadávacím řízení by zadavatele nutilo pořídit zařízení, které neuspokojí jeho potřeby, jednalo by se o nehospodárně vynaložené prostředky a zároveň by se zadavatel mohl vystavit riziku krácení dotace, která je na pořízení přístroje poskytnuta. Nelze tak po zadavateli spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, veřejnou zakázku „Bioreaktor“ zrušil.			

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebyly použity
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Nebyl zjištěn střet zájmů
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci:
Jedná se o jeden přístroj včetně příslušenství.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci
Nebylo použito