



OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zadavatele: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum nanotechnologií
Sídlo zadavatele: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Zastoupená: prof. Ing. Simha Martynková Gražyna, Ph.D., ředitelka

Veřejná zakázka

Měření povrchového napětí

Zadavatel tímto vylučuje účastníka **Uni-Export Instruments, s.r.o.**, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Šultysova 642/15, PSČ 169 00, IČ: 48582972, z veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Zadavatel při posouzení nabídky zjistil, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Zadavatel požadoval, aby nabízený přístroj umožňoval provést analýzu postupujícího a ustupujícího kontaktního úhlu, úhlu odvalování, šíření a vstřebávání v rozsahu měření minimálně 0-180 ° s přesností $\pm 0,1^\circ$.

Dodavatel nabízí přístroj v rozsahu 0-180° ± 1

Dodavatel nesplnil zadavatelem požadovanou přesnost rozsahu měření. Dodavatel nedodržel všechny závazné technické parametry požadovaného plnění zadavatele dle čl. I bod 2. výzvy k podání nabídky.

V Ostravě (datum v elektronickém podpisu)

.....
JUDr. Ludmila Tatranská, MPA
Vedoucí oddělení veřejných zakázek