



**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
k veřejné zakázce**

„Vakuová sušicí komora II.“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
IČO zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D., ředitelka Centra nanotechnologií
Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Eva Burdová
Telefonní kontakt	+ 420 596 999 010
E-mail	eva.burdova@vsb.cz

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

V technické specifikaci je uveden požadavek na nastavení teplotního rozsahu sušení alespoň 9-220 °C.

Předpokládáme, že došlo při zpracování zadávací dokumentace k administrativní chybě a zadavatel požaduje teplota okolí+ 9 °C až + 220 °C

Nastavení teplotního rozsahu sušení	teplota okolí+ 9 °C až + 220 °C	účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu
-------------------------------------	--	--

Odpověď č. 1

Zadavatel v návaznosti na obdržení dotaz č. 1 upravuje stanovení minimálních požadovaných hodnot pro nastavení teplotního rozsahu sušení a to tak, že nově požaduje rozsah alespoň od +9 °C nad teplotou okolí do +110 °C. Dodavatelé tedy mohou nabídnout zařízení s nastavením teplotního rozsahu sušení, které bude začínat na nižší hodnotě než +9 °C nad teplotou okolí a/nebo bude vyšší než +110 °C. Zadavatel poskytuje upravenou technickou specifikaci a upravené obchodní podmínky jako přílohu č. 1 („Příloha č. 1 Technická specifikace_VZP1.docx“) a přílohu č. 2 („Příloha č. 2 Obchodní podmínky_VZP1.docx“) tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Dotaz č. 2

Je možné, aby maximální vnější Rozměry vakuové sušicí komory (bez externího vakuového čerpadla) byly 80 cm x 82 cm (Š x H – vnější rozměry)?

Odpověď č. 2

Zadavatel upravuje požadovanou maximální hloubku vakuové sušicí komory na 85 cm (vnější rozměr). Zadavatel poskytuje upravenou technickou specifikaci a upravené obchodní podmínky jako přílohu č. 1 („Příloha č. 1 Technická specifikace_VZP1.docx“) a přílohu č. 2 („Příloha č. 2 Obchodní podmínky_VZP1.docx“) tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Dotaz č. 3

Je myšleno Nastavení teplotního rozsahu sušení: alespoň 9 °C nad teplotou okolí do 220 °C?

Odpověď č. 3

K tomuto dotazu zadavatel odkazuje na svou odpověď č. 1 výše.

Nad rámec obdržených dotazů zadavatel současně přistupuje k vysvětlení/změně zadávacích podmínek spočívající v upřesnění požadavku na vnitřní povrch sušárny, kdy v popisu základních technických parametrů je nově upřesněno, že nerezový nebo korozivzdorný vnitřní povrch sušárny má být odolný proti agresivním parám. Zadavatel poskytuje opravenou technickou specifikaci a opravené obchodní podmínky jako přílohu č. 1 („Příloha č. 1 Technická specifikace_VZP1.docx“) a přílohu č. 2 („Příloha č. 2 Obchodní podmínky_VZP1.docx“) tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souladu s ustanovením části II. Výzvy zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 2. 2025 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace_VZP1.docx

Příloha č. 2 Obchodní podmínky_VZP1.docx

V Ostravě dne 14. 2. 2025

.....
Mgr. Eva Burdová
specialistka veřejných zakázek