

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rámcová dohoda na provedení funkčních zkoušek

Předmět plnění:

Zadavatel požaduje provedení funkční zkoušek u analyzátorů plyných a tuhých znečišťujících látek v rozsahu ČSN EN 14181, nebo dle jiné harmonizované normy – popř. jiného rovnocenného řešení v souladu s § 90 odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel předpokládá provedení cca 70 funkčních zkoušek v tomto členění:

- Tuhé znečišťující látky – 21x
- NH₃ – 13x
- CO, NO, SO₂, O₂ – 36x
- CO, NO, SO₂, O₂, HCl, HF, H₂O, TOC – 2x

Součástí protokolu z funkční zkoušky bude i její servisní část, jejíž provedení a protokol dodavatel zajistí u provozovatele v dostatečném předstihu před provedením poptávané části FZ.

Místa plnění, kde zadavatel předpokládá provedení funkčních zkoušek:

- Elektrárna Třebovice ETB,
- Teplárna přívoz TPV,
- Teplárna Karviná TKV,
- Teplárna dolu ČSM TDČSM,
- Teplárna Přívoz TFM,
- Teplárna Přerov TPŘ,
- Teplárna Olomouc TOL,
- Teplárna Krnov TKR,
- Veolia Kolín VKOL,
- Veolia Praha VPHA.

Zadavatel si vyhrazuje možnost rozšířit provádění FZ i na další místa plnění, která mohou nastat z důvodu zprovoznění nového zdroje. Zadavatel si vyhrazuje možnost provádění dalších FZ z důvodu poruchy nebo opakování kvůli negativního výsledku FZ.