



**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
k veřejné zakázce**

„Laboratorní bioreaktor ke kultivaci mikroorganismů“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba
IČO zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., ředitelka Institutu environmentálních technologií
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Eva Burdová
Telefonní kontakt	+ 420 596 999 010
E-mail	eva.burdova@vsb.cz

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Rádi bychom ověřili technický parametr, zda mají být 2 reaktory provozovány současně.

V případě, že ano, předpokládaná hodnota VZ ve výši 896.000,00 Kč bez DPH je nízká.

V zadávací dokumentaci však není uvedeno, zda je předpokládaná hodnota maximální a nepřekročitelná. Může uchazeč podat nabídku s vyšší nabídkovou cenou než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky? Nebude to důvod k vyloučení nabídky z hodnocení?

Odpověď č. 1

U první části dotazu zadavatel potvrzuje, že oba reaktory musí být provozovány současně.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle zadavatele reálná. Zároveň však není předpokládaná hodnota limitní pro stanovení nabídkové ceny dodavatelů, tzn. že dodavatelé ve svých nabídkách mohou nabídnout zařízení i za vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Vyšší nabídková cena nebude zadavatelem vyhodnocena jako nesplnění zadávacích podmínek, pro které by měl být dodavatel vyloučen z výběrového řízení.

V Ostravě dne 3. 3. 2025

.....
Mgr. Eva Burdová
specialistka veřejných zakázek