



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Plynový chromatograf s FID a TCD detektory

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 3. 2025 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědi a mění zadávací podmínky zadávací dokumentace, jak je uvedeno dále.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,
přílohou posílám dotaz k parametru veřejné zakázky.

Děkuji mnohokrát

Parametr:

Teplotně – vodivostní detektor (TCD):

- Minimální detekční limit 400 pg tridekanu/mL v proudu helia

Dotaz:

- Je požadován minimální detekční limit 400 pg tridekanu/mL v proudu helia. Shimadzu deklaruje citlivost detektoru na jinou látku a v jiných jednotkách. Akceptuje zadavatel hodnotu: > 20000 mV x mL/mg (dekan)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravit v příloze č.1 Technická specifikace: Minimální detekční limit: 400 pg tridekanu/mL v proudu helia (případně vyjádřený jako: > 20000 mV x mL/mg (dekan)

Zadavatel nově stanoví lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22. 4. 2025 v 10:00 hod**

Zadavatel vydává novou přílohu č. 1 zadávací dokumentace (Příloha č.1 – Technická specifikace – úprava).

Příloha č.1 vysvětlení zadávací dokumentace č.1: Příloha č.1 – Technická specifikace – úprava

V Ostravě dne 19. 3. 2025

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava