



**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3
k veřejné zakázce**

„Vakuová sušící komora III.“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba
IČO zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D., ředitelka Centra nanotechnologií
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz
Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Eva Burdová
Telefonní kontakt	+ 420 596 999 010
E-mail	eva.burdova@vsb.cz

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

Dotaz č. 4

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení ZD k zadávacímu řízení: Vakuová sušící komora III. viz níže.

Vakuová vývěva

Pokud má celý sušící systém splňovat požadované bezpečnostní standardy pro vnitřní prostor v ATEX, nelze z toho systému vyjmout zdroj vakua. Jelikož v zadání není nikde specifikován požadavek na provedení vakuové pumpy, prosíme o upřesnění, zda je nově požadovaná vývěva požadována v provedení ATEX II 2/3G IIB T4 X tj. pro práci s hořlavými rozpouštědly, které budou vývěvou vysávány ze sušárny, pokud na tomto nebudete trvat, přebírá uživatel veškerou odpovědnost za vzniklé riziko.

Dále nevidíme důvod preferovat suchoběžnou spirálovou vývěvu, která je z hlediska dosahovaného vakua pro účely sušárny výkonově zbytečně naddimenzovaná. Nevýhody zmiňované v předchozím dotazu, lze eliminovat i jinými druhy vývěv např. membránovými, které splňují rozsah požadovaného vakua tj. 5-1100 mbar i požadavek na ATEX.

Děkujeme za odpovědi,

Odpověď č. 4

Zadavatel k první části dotazu tazatele potvrzuje, že požaduje/trvá na tom, aby součástí dodávky byla vývěva určená pro práci s hořlavými rozpouštědly splňující všechny technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a obecně závazné právní předpisy.

Co se týče rozporování požadavku zadavatele na suchoběžnou spirálovou vývěvu tazatelem, zadavatel sděluje, že ze stejných důvodů jako u samotné sušící komory požaduje rovněž dodání kvalitní a výkonné vývěvy s dlouhou životností. Vývěva musí vytvářet stabilní vakuum bez kolísání. Zadavatel proto trvá

na svém požadavku na suchoběžnou spirálovou vývěvu, jak je uveden v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky.

V Ostravě dne dle data elektronického podpisu

.....
Mgr. Eva Burdová
specialistka veřejných zakázek