



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Počítačová rentgenová tomografie X-Ray“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 22. 4. 2025 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Počítačová rentgenová tomografie X-Ray“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1 (zadavatel dle zákona uvádí přesné znění žádosti bez údajů, které by identifikovaly tazatele):
reagují na vyhlášení VR na dodávku **3D počítačového tomografického systému**.

V našem portfoliu máme ideální zařízení pro toto výběrové řízení, proto bychom se jej **rádi účastnili**.

Nicméně můj dotaz směřuje k požadavkům na splnění technické kvalifikace. Ve Vaší zadávací dokumentaci požadujete prokázat **dodávku 2 přístrojů obdobného charakteru a rozsahu**.

Účelem prokázání technické kvalifikace je prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

V naší společnosti máme **dva plně vyškolené inženýry**, kteří již 8 a 12 let sbírají zkušenosti a know how v oblasti X-ray a CT, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout tu nejlepší péči. Proto věřím, že **máme lidské a technické zdroje, stejně jako odborné schopnosti a zkušenosti nezbytné pro plnění Vaší zakázky**.

Co se týče referencí a dodaných zařízení - aktuálně máme v provozu 15 CT zařízení, o které se aktivně staráme a servisujeme.

Bohužel však jen jedno plně vyhovuje Vaším požadavkům (5 let a urychlovací napětí min. 225 kV).

S ohledem na výše uvedené jsem se chtěla jsem se zeptat, jestli bychom druhou referenci mohli plnit některou (nebo jejich kombinací) z našich ostatních dodávek:

Zařízení	Poskytnutí 5 let před VR	Urychlovací napětí min. 225 kV	Poznámka
██████	ano	ano	
██████	ano	ne	Jedná se nano CT, kde silnější trubice nedává technicky smysl – jedná se o 180 kV. Nicméně hodnota zakázky 11 199 020 Kč – možno ověřit zde: ██████ Nano trubice je součástí plánované dodávky k Vám, tudíž se jedná o zařízení obdobného charakteru a rozsahu.
██████	Ne – ještě nedodáno	ano	Zařízení s 2 trubicemi 450 kV. Smlouva je uzavřena, aktuálně čekáme na dodání zařízení – možno ověřit zde: ██████ U tohoto zákazníka, máme nainstalovány další dva CT systémy, které mají urychlovací napětí větší než 225 kV, ale dodání bylo bohužel dříve než před 5 lety – nicméně stále v provozu.
██████	Ne	ano	Dodáno 14.12.2016

Odpověď:

Zadavatel zmírňuje požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Přičemž nově seznam významných dodávek musí zahrnovat dodávku nejméně **1 přístroj obdobného charakteru a rozsahu** jako je předmět této veřejné zakázky.

Odstavec 4.3., písm. a) Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

- a) **seznam významných dodávek** poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Z tohoto **seznamu** musí být zřejmá dodávka nejméně **1 přístroje obdobného charakteru a rozsahu** jako je předmět této veřejné zakázky. Přístrojem obdobného charakteru a rozsahu se pro účely této veřejné zakázky rozumí **přístroj počítačové tomografie s urychlovacím napětím min. 225 kV.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 6. 2025 do 10:00 hodin.

Odstavec 13.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

13.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 12. 6. 2025 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Zároveň se adekvátně posouvá termín otevírání obálek. Odstavec 14.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

14.2. Otevírání nabídek - V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 12.6.2025 od 10:00 hodin na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, budova Business centrum VŠB-TUO, Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava a v prostředí elektronického nástroje.

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek