



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Dodávka klimatické komory“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D., děkan FEI
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 30. 4. 2025 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu označené „Dodávka klimatické komory“. Tímto na tyto žádosti odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

zadavatel ve svém zadání požaduje:

Námi nabízené zařízení umožňuje boční průchodku o max. průměru 125 mm. Bude zadavatel akceptovat tento průměr průchodky?

Odpověď:

Tak jak je uvedeno v technické specifikaci, minimálně jedna průchodka musí být průměru 150 mm. Tento parametr musí nabízená zařízení splňovat.

Dotaz č. 2:

min. 1x průchodka v boku rámu dveří (možnost vložit zařízení s přívody, které nejdou rozpojit) o průměru 50 mm nebo rozměru min 40x40 mm

Může zadavatel přesněji specifikovat tento požadavek?

Odpověď:

Jde o možnost „přivřít“ do dveří hadici nebo elektrické kabely, které nejdou jednoduše odpojit od testovaného zařízení a jsou jeho součástí.

Různí výrobci používají v rámu dveří různě tvarované průchodky. Aby nedocházelo k diskriminaci, jsou uvedeny dvě možnosti pro kruhový nebo jiný tvar splňující minimální požadované rozměry.

Dotaz č. 3:

Snímání teploty minimálně ve čtyřech volitelných místech klimatické komory. Námi nabízená komora je standardně osazena 1 pevným čidlem, bude akceptovat zadavatel 1 pevné čidlo v zadním panelu + 3 flexibilní čidla, nebo bude požadovat 1 pevné čidlo + 4 flexibilní čidla?

Odpověď:

Zadavatel požaduje snímání teploty minimálně ve čtyřech volitelných místech klimatické komory. Tedy ve Vašem případě by šlo min. 4 flexibilní čidla.

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek