

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 05. 2025

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka
Klimatická komora

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13. 05. 2025 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-020354, z uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz:

Dobrý den,

mohl by zadavatel akceptovat dodávku klimatické komory s:

1/ průměrnou rychlostí ohřevu 2,6 K/min stanovenou dle normy EN 60068-3-5 v rozmezí teplot -70°C až +180°C ?

2/ průměrnou rychlostí chlazení 2,9 K/min stanovenou dle normy EN 60068-3-5 v rozmezí teplot +180°C až -70°C ?

3/ s vnějšími rozměry komory 877 x 1080 x 1434 mm (š x h x v), komora by byla umístěna na podstavci s kolečky, celkové rozměry komory na podstavci (včetně podstavce) by pak byly 894 x 1100 x 1912 (š x h x v) ?

4/ Požadujete dodávku klimatické komory, avšak nikde neuvádíte požadavky na regulaci vlhkosti vzduchu. Potřebujete tedy pouze čistě teplotní komoru (bez regulace vlhkosti vzduchu) nebo klimatickou komoru (s regulací teploty i vlhkosti vzduchu) avšak bez bližších požadavků na regulaci vlhkosti vzduchu?

předem děkuji za laskavou odpověď.

Odpověď na dotaz:

1/ Zadavatel požaduje rychlost ohřevu uvedenou v zadávací dokumentaci.

2/ Zadavatel požaduje rychlost chlazení uvedenou v zadávací dokumentaci.

3/ S ohledem na umístění klimatické komory požaduje zadavatel maximální rozměry uvedené v zadávací dokumentaci.

4/ Zadavatel požaduje klimatickou komoru s regulací teploty, avšak bez bližších požadavků na regulaci vlhkosti.

Podmínky zadávacího řízení se nemění.

V Ostravě dne 16. 05. 2025

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava