

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky pod označením „Sestava univerzálních dataloggerů s analýzou signálů pro FBI“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ):		Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 61989100	
Předmět veřejné zakázky:		Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy univerzálních dataloggerů s analýzou signálů, vč. software a příslušenství.	
Cena sjednaná ve smlouvě:		Nebyla uzavřena smlouva.	
Označení účastníků zadávacího řízení (název; sídlo/místo podnikání; IČ; nabídková cena):			
DEWESoft s. r. o.	Tehovská 1237/25, Strašnice, 100 00 Praha 10	00569224	1 839 216,50 Kč bez DPH
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:			
Žádný účastník nebyl vyloučen.			
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:			
Nebyla uzavřena smlouva – veřejná zakázka zrušena.			
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:			
Nebylo použito			
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:			
Nebylo použito			
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:			
Nebylo použito			
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:			
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení označeného „Sestava univerzálních dataloggerů s analýzou signálů pro FBI“ zjistil, že nesprávně nespecifikoval jeden z technických parametrů na poptávané vybavení. Konkrétně se jednalo u přístroje Univerzální datalogger II. o parametr „Vstupní vazba AC dolní frekvence“, kdy bylo požadováno „min. 0,16Hz“. Tedy, že hodnota frekvence měla být vyšší nebo rovna 0,16Hz. Z technického pohledu je však parametr chybně uveden, neboť technicky lepší je hodnota nižší. Tedy parametr měl být uveden jako „max. 0,16Hz“ nebo „alespoň 0,16Hz“. Tato chyba zadavatele v technické specifikaci zadávacích podmínek má za následek, že se zadávacího řízení nemohly účastnit dodavatelé, kteří nabízejí technicky lepší zařízení s hodnotou frekvence pod 0,16Hz, čímž došlo k jejich neodůvodněnému omezení. Zadavatel svou chybu zjistil až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Chybu tak u tohoto zadávacího řízení nelze napravit a nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. V zadávacím řízení podal nabídku jediný účastník. Tento jediný účastník také daný parametr nesplnil, když jím nabízený výrobek má hodnotu 0,15Hz. Zadavatel se z výše uvedených důvodů rozhodl o zrušení veřejné zakázky „Sestava univerzálních dataloggerů s analýzou signálů pro FBI“.			
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:			
Nebyly použity			
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn			
Nebyl zjištěn střet zájmů			
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:			
Jedná se o sestavu 2 dataloggerů, která má společné příslušenství a je řízena z jednoho zařízení a jedním SW.			
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci			
Nebylo použito			