



**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  
k veřejné zakázce**

**„Zařízení pro práci se vzorky v inertní atmosféře“**

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název veřejného zadavatele | <b>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava</b>   |
| Sídlo zadavatele           | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba                |
| IČO zadavatele             | 61989100                                                    |
| Oprávněná osoba zadavatele | prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., rektor                         |
| Profil zadavatele          | <a href="https://zakazky.vsb.cz">https://zakazky.vsb.cz</a> |
| Kontaktní osoba zadavatele | Mgr. Eva Burdová                                            |
| Telefonní kontakt          | + 420 596 999 010                                           |
| E-mail                     | <a href="mailto:eva.burdova@vsb.cz">eva.burdova@vsb.cz</a>  |

Vážení,

zadavatel v souladu s ustanoveními části III. Zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

**Dotaz č. 1**

Vážení,

žádáme Vás o úpravu přílohy zadávací dokumentace (Příloha č. 1 – Technická specifikace) k zakázce s názvem „Zařízení pro práci se vzorky v inertní atmosféře“ (systémové číslo: P25V00000608)

Úvod k dotazu č. 1:

V Technických podmínkách je definován parametr vnitřního pracovního prostoru šířka 1000-1200 mm, hloubka 720-750 mm, výška 900-920 mm.

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat dodávku zařízení, které disponuje vnitřními rozměry Š 1220 mm x H 780 mm x V 900 mm?

Děkujeme za odpověď.

**Odpověď č. 1:**

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že zařízení s vnitřními rozměry: šířka 1220 mm x hloubka 780 mm x výška 900 mm bude akceptovat. Zadavatel proto přistupuje ke změně přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Technické specifikace, a to u technického parametru „Pracovní prostor (vnitřní)“.

Změna přílohy č. 1 Zadávací dokumentace je následující:

|                            |                                                                                                                                                  |                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovní prostor (vnitřní) | šířka 1000– <del>1300</del> <del>1200</del> mm,<br>hloubka 720– <del>800</del> <del>750</del> mm, výška<br>900– <del>950</del> <del>920</del> mm | <b>účastník uvede ANO/NE a<br/>konkrétní hodnotu<br/>nabízeného zařízení</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Shodně zadavatel provádí změnu také v technické specifikaci obsažené v příloze č. 1 obchodních podmínek (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

Zadavatel poskytuje upravenou technickou specifikaci a upravené obchodní podmínky jako přílohu č. 1 („P1\_Technicka\_specifikace\_VZD1.docx“) a přílohu č. 2 („P2\_Obchodni\_podminky\_VZD1.docx“) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání nabídek**

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 11. 2025 do 10:00 hodin.**

Otevírání nabídek: V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 10. 11. 2025 od 10:00 hodin na adrese VŠB–TUO, budova CMV (dříve budova Business centra), Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava v prostředí elektronického nástroje E-ZAK.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – upravená Technická specifikace

Příloha č. 2 – upravené Obchodní podmínky

V Ostravě dne dle data elektronického podpisu

.....  
Mgr. Eva Burdová  
specialistka veřejných zakázek