



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 veřejné zakázky označené „Dodávka a instalace 400 MHz NMR spektrometru“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 16. 12. 2025 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka a instalace 400 MHz NMR spektrometru“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

žádáme o objasnění hodnotícího subkritéria 2.2 uvedeného v části VI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ zadávací dokumentace u VZ s názvem „Dodávka a instalace 400 MHz NMR spektrometru“.

V subkritériu 2.2 Homogenita je požadováno: „... homogenita magnetického pole poskytující pološířku (FWHM) 1H signálu zbytkového CHCl₃ v CDCl₃ při teplotě 25 °C bez rotace kyvety (5 mm), které nabízené zařízení umožňuje dosáhnout (dále jen jako „Homogenita“). Hodnocena bude hodnota v Hz uvedená v příloze č. 1 návrhu smlouvy. Homogenita musí být maximálně 0,5 Hz.“

Technické listy sond, které bychom mohli nabídnout, obsahují pouze hodnotu pološířky signálu CHCl₃ s rotací kyvety. Hodnota bez rotace kyvety obvykle vůbec není specifikována v technických listech. Navíc, máme za to, že uvedená maximální požadovaná hodnota 0,5 Hz spíše odkazuje na pološířku s rotací kyvety.

Dotaz:

Nejedná se tedy o překlep a nepožadujete pološířku maximálně 0,5 Hz s rotací kyvety?

Odpověď:

Ano, uvedený parametr má být stanoven s rotací kyvety.

Zadavatel tak upravuje popis subkritéria č. 2.2. Nově tedy popis hodnotícího subkritéria č. 2.2 *Homogenita*, uvedený v odst. 6.3. Zadávací dokumentace, zní (změny jsou uvedeny **zelenou tučnou kurzívou**):

2.2 Homogenita

V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena homogenita magnetického pole poskytující pološířku (FWHM) ¹H signálu zbytkového CHCl₃ v CDCl₃ při teplotě 25 °C **s rotací** kyvety (5 mm, **rychlost rotace 15 Hz**), které nabízené zařízení umožňuje dosáhnout (dále jen jako „Homogenita“). Hodnocena bude hodnota v Hz uvedená v příloze č. 1 návrhu smlouvy.

Homogenita musí být **maximálně 0,5 Hz**.

Minimální hodnocená Homogenita je 0,2 Hz. Pokud účastník nabídne Homogenitu nižší než 0,2 Hz, bude hodnocena minimální hodnocená Homogenita, tedy 0,2 Hz.

Hodnocená nabídka v rámci tohoto subkritéria získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 15 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Pro úplnost se dodává, že čím je hodnota Homogenity nižší, tím je lepší.

Adekvátně se mění také třetí odrážka v bodě 1. *Magnet* v Technické specifikaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a v příloze Obchodních podmínek (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Nově tato odrážka zní:

- Magnet vybaven korekčními cívkami zajišťujícími homogenitu magnetického pole poskytující pološířku (FWHM) ^1H signálu zbytkového CHCl_3 v CDCl_3 může být nejvýše **uvede účastník, max. však 0,5 – hodnotící kritérium č. 2.2** Hz při teplotě 25 °C **s rotací** kyvety (5 mm, **rychlost rotace 15 Hz**)

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky (závazný návrh smlouvy o dílo) jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 Technická specifikace - ve znění V2.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V2.docx*). Změny jsou uvedeny **zelenou tučnou kurzivou**. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít technickou specifikaci a obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 2. 2026 do 10:00 hodin.

Odstavec 13.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

13.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 2. 2. 2026 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Zároveň se adekvátně posouvá termín otevírání obálek. Odstavec 14.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

14.2. Otevírání nabídek - V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 2. 2. 2026 od 10:00 hodin na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, budova Business centrum VŠB-TUO, Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava a v prostředí elektronického nástroje.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V2.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V2.docx

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek