



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Výroba a dodávka komory pro měření výbojů vč. příslušenství“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 2. 2. 2026 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výroba a dodávka komory pro měření výbojů vč. příslušenství“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tyto žádosti odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

V Tech. specifikaci se v požadavcích na vakuový systém píše: Vakuový systém

Komora bude osazena vývěvou pro snížení tlaku v pracovním prostoru. Tlak v pracovním prostoru komory bude možné měnit v rozsahu absolutní hodnoty tlaku: 5 mbar – tlak okolí.

Čerpací rychlost vakuového systému musí být alespoň 20 m³/s. Systém musí umožňovat udržovat nastavený tlak po libovolně dlouhou dobu, s hysterezí +1 mBar. Netěsnost komory při mezním tlaku 5 mbar a vypnutém vakuovém systému nesmí překročit 0,1 Pa*m³/s.

20 m³/s má být m³/h? dále by bylo vhodné specifikovat čas, za který chcete, aby byla komora vyčerpána na pracovní tlak. Tak můžeme navrhnout vhodný čerpací systém.

Odpověď:

Ano, v daném technickém parametru je překlep. Správně má být čerpací rychlost vakuového systému alespoň 20 m³/h.

Zadavatel tak upravuje druhý odstavec v části 2. *Vakuový systém* v Technické specifikaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a v příloze Obchodních podmínek (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Nově tento odstavec zní (změny jsou uvedeny ***zelenou tučnou kurzivou***):

Čerpací rychlost vakuového systému musí být alespoň 20 m³/***h***. Systém musí umožňovat udržovat nastavený tlak po libovolně dlouhou dobu, s hysterezí +1 mBar. Netěsnost komory při mezním tlaku 5 mbar a vypnutém vakuovém systému nesmí překročit 0,1 Pa*m³/s.

Doba čerpání není kritická. Vyčerpání komory na pracovní tlak 5 mbar by ale nemělo trvat déle než 45 min.

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky (závazný návrh smlouvy o dílo) jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 Technická specifikace - ve znění V1.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx*). Změny jsou uvedeny ***zelenou tučnou kurzivou***. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít technickou specifikaci a obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci uvádíte čerpací rychlost vakuového systému s minimální hodnotou 20 m³/s. Tato hodnota se nám zdá velmi vysoká, není zde chyba?

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 3. 2026 do 10:00 hodin.

Odstavec 13.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

13.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 11. 3. 2026 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Zároveň se adekvátně posouvá termín otevírání obálek. Odstavec 14.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:

14.2. Otevírání nabídek - V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 11. 3. 2026 od 10:00 hodin na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, budova Business centrum VŠB-TUO, Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava a v prostředí elektronického nástroje.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V1.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V1.docx

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek