



Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení na dodávky pod označením „Plynový chromatograf pro stanovení sirných látek“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, právní forma):	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 61989100 601 - Vysoká škola		
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoukanálového plynového chromatografu s možností stanovení ultrastopových koncentrací sirných látek po kryogenní prekoncentraci a SCD chemiluminiscenčním detektorem. Druhý kanál bude vybaven Split/Splitless injektorem a FID a TCD detektory pro analýzu permanentních plynů a lehkých uhlovodíků. Zařízení bude obsahovat: - Plynový chromatograf dvoukanálový - PTV inlets programovatelnou teplotou chlazený LN2 - SCD detektor pro stanovení sirných látek - S/SL inlet na druhém kanále s předřazeným nástřikovým ventilem a smyčkou - TCD a FID detektory v sérii, s možností rozdělení - Nástřik plynovou smyčkou s 6cestným ohříváním ventilem. Smyčka 0,25 ml, náhradní smyčka 0,5 ml, 1,0 ml a 2 ml - Možnost přímého propojení PTV injektoru a SCD detektoru přes restriktor pro stanovení celkové síry bez separace - 10cestný ohřívání ventil pro možnost řazení dvou kolon Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, základní zaškolení uživatelů na obsluhu a údržbu zařízení, doplňkové školení SW (4 osoby, minimálně 1x6 hodin) a aplikační podpora – příprava jedné metody aplikačním specialistou (1x6 hodin) v místě plnění.		
Cena sjednaná ve smlouvě:	2.232.219,81 Kč bez DPH		
Označení účastníků zadávacího řízení:			
Účastník	IČ	Sídlo	Nabídková cena v Kč bez DPH
Altium International s.r.o.	25791079	Na Jetelce 69/2, Vysočany, 190 00 Praha 9	2.232.219,81
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:			
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.			
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:			
Obchodní firma/název:		Altium International s.r.o.	
Sídlo:		Na Jetelce 69/2, Vysočany, 190 00 Praha 9	
IČ:		25791079	
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:		Ekonomicky nejvýhodnější nabídka podle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez DPH).	
		Jelikož v zadávacím řízení byl jediný účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“), byl účastník v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení hodnocení.	

Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatelů (je-li zadavateli známo):	Bez poddodavatelů
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:	
Nebylo použito.	
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:	
Nebylo použito.	
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:	
Nebylo použito.	
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:	
Nebylo zrušeno.	
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:	
Nebyly použity.	
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn	
Nebyl zjištěn střet zájmů.	
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:	
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho zařízení – plynového chromatografu dvoukanálového včetně příslušenství, které nelze z důvodu zajištění interoperability (zařízení a jeho příslušenství) dále dělit na dílčí části.	
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci	
Nebylo použito.	

V Ostravě dne 3. 3. 2026

.....
 Mgr. Marcel Pobořil
 specialista veřejných zakázek