



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce

„Sestava pro testování elektromagnetické odolnosti“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba
IČO zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D., děkan
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz
Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Eva Burdová
Telefonní kontakt	+ 420 596 999 010
E-mail	eva.burdova@vsb.cz

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“) poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

měli bychom jeden dotaz k uvedenému VŘ.

Celý systém požadujete do kmitočtu 6 GHz, avšak Izotropní sondu pole požadujete do 18 GHz, což je pro tento systém zbytečné. Je možné tak nabídnout sondu pokrývající pouze pásmo nabízeného EMS systému? Z hlediska ceny nám to přijde výhodnější.

V případě, že budete trvat na sondě do 18 GHz, je možné nabídnout sondy dvě pro pokrytí celého pásma?

Děkuji

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje dodání tříosé izotropní sondy s rozsahem 1 MHz - 18 GHz s ohledem na očekávané budoucí požadavky na měření v rozšířeném frekvenčním rozsahu do 18 GHz, jakož i s ohledem na zamýšlené využití sondy i pro jiné vědecké a výzkumné aktivity v rámci RF a EMC laboratoře. Zadavatel proto nebude frekvenční rozsah sondy měnit.

Zadavatel však připouští možnost nabídnout řešení zahrnující dvě sondy pro pokrytí požadovaného pásma.

Zadavatel poskytuje upravenou technickou specifikaci a upravené obchodní podmínky jako přílohu č. 1 („P1_Technicka_specifikace_VZP1.docx“) a přílohu č. 2 („P2_Obchodni_podminky_VZP1.docx“) tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Dotaz č. 2

Dobrý den paní Burdová,

Píši vám ve věci veřejné zakázky: Sestava pro testování elektromagnetické odolnosti

DBID: 3888

Systémové číslo: P26V00000074

Evidenční číslo zadavatele: BUR/2026/08

Měli bychom zájem v rámci tenderu na sestavu pro testování elmag odolnosti vám nabídnout naše zařízení.

Moje otázka zní, zda-li je možné podat nabídku jen na druhou část výběrového řízení, konkrétně:

2. Univerzální EMC generátor

Na první část bohužel nejsme schopni vyhovět na 100% zadávací dokumentaci.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď č. 2

Zadavatel sděluje, že veřejné zakázka není rozdělená na části, proto nabídku pouze na část plnění (EMC generátor) nelze podat.

Tím ovšem není vyloučena možnost kteréhokoliv dodavatele podat nabídku na celé plnění např. společně s jiným dodavatelem či část plnění veřejné zakázky zajistit prostřednictvím poddodavatele.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souladu s ustanovením části II. Výzvy zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 3. 2026 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravená Technická specifikace

Příloha č. 2 – upravené Obchodní podmínky

V Ostravě dne dle data elektronického podpisu

.....
Mgr. Eva Burdová
specialistka veřejných zakázek