Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené
„Analyzátor adsorpce a desorpce plynů"

Název veřejného zadavatele	**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 7.7.2026 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Analyzátor adsorpce a desorpce plynů", zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci dodávky požadujete:

„Zařízení musí být vybaveno minimálně 3 nezávislými analytickými porty / měřicími stanicemi, které umožní nezávislé měření vzorků. Každýanalytický port musí umožnit samostatné měření adsorpční a desorpční izotermy."

Žádáme o upřesnění, zdali nezávislost analytických portů vyžaduje konstrukci se samostatnou dewarovou nádobou a samostatným zdvihem prokaždý dodaný port? A pokud by se jednalo o variantu se 3 a více dewarovými nádobami, jestli je možné dodat tři jednostanicové systémy vedlesebe.

Odpověď:

Zadavatel záměrně v technické specifikaci nestanovuje konkrétní konstrukční řešení analytických portů ani nevyžaduje, aby byl každý port vybaven samostatnou Dewarovou nádobou a samostatným zdvihovým mechanismem.

Požadováno je funkční splnění podmínky minimálně tří nezávislých analytických portů / měřicích stanic, které umožní nezávislé měření vzorků, přičemž každý analytický port musí umožnit samostatné měření adsorpční a desorpční izotermy. Konkrétní technické a konstrukční řešení je ponecháno na nabízeném řešení dodavatele. Požadavek tedy může být splněn rovněž sestavou tří samostatných jednostanicových systémů, pokud tato sestava splní všechny ostatní požadavky uvedené v technické specifikaci a bude dodána jako vzájemně kompatibilní a plně funkční celek.

V Ostravě

Ing. Miroslav Jílek

Digitally signed by Ing. Miroslav Jílek
Date: 2026.07.10 16:48:49 +02'00'

.....

Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek