



Oznámení o vyloučení účastníka z části III. „Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy“ veřejné zakázky pod označením „Zařízení pro mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	61989100
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., děkan Fakulty strojní
Kontaktní osoba	Ing. Miroslav Jílek
Elektronická adresa	miroslav.jilek@vsb.cz
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/

Vážení,

zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **o vyloučení účastníka**

MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem: Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
IČ: 42406960

z další účasti v části III. „Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy“ veřejné zakázky pod označením „Zařízení pro mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“.

Odůvodnění:

Zadavatel v technické specifikaci konfokálního systému požadoval, aby minimální měřicí rozsah optické hlavy 1 byl $\pm 0,3$ mm, dále minimální měřicí rozsah optické hlavy 2 byl ± 3 mm a minimální vzorkovací frekvence byla 10 kHz. Účastníkem nabízený přístroj však dosahuje minimální měřicí rozsah optické hlavy 1 pouze 0,3 mm (tedy $\pm 0,15$ mm), dále minimální měřicí rozsah optické hlavy 2 pouze 3 mm (tedy $\pm 1,5$ mm) a vzorkovací frekvence pouze 6,5 kHz.

Účastníkem nabízený přístroj tak nesplňuje minimální požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a zadavatel účastníka MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o., z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, vyloučil z další účasti v části III. „Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy“ této veřejné zakázky.

V Ostravě

Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek