



Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

k veřejné zakázce na dodávky v otevřeném nadlimitním řízení

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ: 61989100
zastoupená: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

**Veřejná zakázka
FTIR spektrometr s příslušenstvím**

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s ustanovením § 98 a zadávací dokumentace vydává vysvětlení zadávacích podmínek č.1. Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce v souladu se zadávací dokumentací obdržel dne 21.6. 2020 prostřednictvím chatu dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

Je požadován referenční diodový laser. Je možné nabídnout He-Ne laser, který se používá u vyšších tříd FTIR spektroskopů oproti diodovému laseru, který se používá u levnějších FTIR spektroskopů? He-Ne laser splňuje požadavky na vysokou přesnost vlnových délek a na vysokorozlišovací měření, které diodový laser nemůže zaručit.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na dodávce zařízení dle původního znění technické specifikace. Uvedená konfigurace předmětu veřejné zakázky splňuje požadované kritérium přesnosti zařízení.

Zadávací podmínky veřejné zakázky se nemění.

V Ostravě dne 24. 6. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava