



ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

„Laboratorní zdroje a diferenciální sondy“

| | |
|----------------------------|--|
| Název veřejného zadavatele | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| Sídlo zadavatele | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba |
| IČ zadavatele | 619 89 100 |
| Oprávněná osoba zadavatele | prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky |
| Kontaktní osoba zadavatele | Mgr. Marcel Pobořil |
| Telefonní kontakt | + 420 597 329 211 |
| E-mail | marcel.poboril@vsb.cz |

Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 3 písm. a) Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Pravidla“) rozhodl o tom, že

vylučuje

účastníka výběrového řízení **TECTRA a.s.**, Domkovská 2342/43, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 14892316 (dále jen „účastník“) z další účasti ve výběrovém řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku a **oznamuje** vyloučení účastníka uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 8 Pravidel a čl. 12.5 Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“).

Odůvodnění

Zadavatel dle čl. 3.4 Výzvy požadoval prokázání splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předložením popisu výrobků určených k dodání a to kompletním vyplněním přílohy č. 1 Výzvy a dále doložením technických popisů nabízených zařízení (např. technickými listy, či jinou vhodnou formou). Technické popisy nabízených zařízení nebyly v nabídce účastníka předloženy, z veřejně dostupných zdrojů – internetových stránek výrobce nabízeného laboratorního zdroje 1 - ITECH ELECTRONIC CO., LTD, typové označení IT6322A (<https://www.itechate.com/uploadfiles/2019/07/201907150930233023.pdf>) však vyplývá, že nabízený laboratorní zdroj nemá 3,5 palcový TFT displej, ale VFD displej.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 3 písm. a) Pravidel vyloučil účastníka z další účasti ve výběrovém řízení z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V Ostravě dne

.....
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky