



## ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

### „Laboratorní zdroje a diferenciální sondy“

Název veřejného zadavatele	<b>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky</b>
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Marcel Pobořil
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 211
E-mail	<a href="mailto:marcel.poboril@vsb.cz">marcel.poboril@vsb.cz</a>

Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 3 písm. a) Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Pravidla“) rozhodl o tom, že

#### vylučuje

účastníka výběrového řízení **MICRONIX, spol. s r.o.**, Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 14000, IČ: 48584118 (dále jen „účastník“) z další účasti ve výběrovém řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku a **oznamuje** vyloučení účastníka uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 8 Pravidel a čl. 12.5 Výzvy k podání nabídky (dále jen „Výzva“).

#### Odůvodnění

Zadavatel dle čl. 3.3 Výzvy požadoval prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Požadovaný výpis z obchodního rejstříku nebyl v nabídce účastníka předložen.

Zadavatel dále dle čl. 3.4 Výzvy požadoval prokázání splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložením popisu výrobků určených k dodání a to kompletním vyplněním přílohy č. 1 Výzvy a dále doložením technických popisů nabízených zařízení (např. technickými listy, či jinou vhodnou formou). Technické popisy nabízených zařízení nebyly v nabídce účastníka předloženy, z veřejně dostupných zdrojů – internetových stránek výrobce nabízeného laboratorního zdroje 1 - Diametral, typové označení P230R51D (<https://www.diametral.cz/stolni-pristroje-diametral/dc-zdroje/laboratorni-zdroj-p230r51d-2x-0-30v4a-1x-5v3a.htm>) však vyplývá, že nabízený laboratorní zdroj nemá 3,5 palcový TFT displej, ale LED displej.

Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.3.6, oddíl C, odst. 3 písm. a) Pravidel vyloučil účastníka z další účasti ve výběrovém řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V Ostravě dne

.....  
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.  
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky