

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Veřejná zakázka:
Chladicí desky

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61989100, jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **Chladicí desky**, obdržela 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019 dotazy k zadávacím podmínkám, na které poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1:

V popisu přístroje uvádíte celkové rozměry zařízení:

Maximální rozměry (š, h, v): 500 x 500 x 500 mm

Je možné nabídnout rozměry rozměry šxhxv: 440 x 600 x 235 mm?

Dotaz č. 2:

Je maximální rozměr chladicí desky 500x500x500mm závazný? Chladicí desky jsou zařízení s obvyklou hloubkou větší, než 500mm, obvyklá hloubka zařízení je do 650mm. Prosím o potvrzení, zda budete akceptovat větší hloubku zařízení.

Odpověď na dotaz č. 1 a č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat větší hloubku zařízení (max. do 600 mm).

Zadavatel s ohledem na změnu zadávacích podmínek nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 16. 5. 2019 do 10:30 hod.

V Ostravě 18. 4. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava