

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

Veřejná zakázka:
Chladicí desky

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 61989100, jako zadavatel veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **Chladicí desky**, obdržela 29. 4. 2019 dotaz k zadávacím podmínkám, na který poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 3:

Zadavatel Změnou zadávací dokumentace č. 2 stanovil maximální rozměry zařízení (š, h, v) 600 x 600 x 500 mm. Vzhledem k ostatním stanovým parametrům bohužel nemůžeme nabídnout námi dříve zamýšlený model chladicí desky, nicméně máme v sortimentu chladicí desku, která plně odpovídá technickým parametrům, pouze mírně přesahuje jeden z rozměrů – hloubku. Bude zadavatel akceptovat desku s vnějšími rozměry 390 x 710 x 350 mm?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na maximálních rozměrech chladicích desek stanovených změnou zadávací dokumentace č. 2.

V Ostravě 29. 4. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava