



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Lyofilizátor“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D., ředitelka CNT
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Lyofilizátor“. Tímto na žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 2:

bude zadavatel akceptovat nabídku lyofilizátoru, který plní zadání, doplněného o akrylátové komory s ochranou proti implozi a s 24 ventily a stojanem se třemi nevyhříváním policemi požadovaných rozměrů. ?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj vybavený třemi policemi.

Zadavatel upravuje technickou specifikaci a tento parametr upravuje. Předmětný parametr se tedy v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace nově zní následovně:

- min. **3** x nerezová police; průměr polic do 280 mm;

Shodně se mění tento parametr, také u přílohy č. 1 Obchodních podmínek.

Dle technické specifikace musí lyofilizátor umožňovat sušení alespoň pro 24 baňek, přičemž každá pozice pro baňku má vlastní ventil a připojovací kus. Není stanoveno, zda tyto ventily mají být na akrylátovém zvonu (komoře), nebo zvlášť.

Pozn.: Upravená Technická specifikace a Obchodní podmínky jsou přílohou tohoto vysvětlení (soubory *01 01 Technická specifikace - ve znění V2.docx* a *02 Obchodní podmínky - ve znění V2.docx*). Změněné ustanovení je uvedeno **modrou tučnou kurzívou**. Zadavatel požaduje pro zpracování nabídky použít Technickou specifikaci a Obchodní podmínky, které jsou součástí tohoto vysvětlení.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 5. 2024 do 10:00 hodin.**

Odstavec 7.2. Výzvy k podání nabídek se mění a nově zní:

7.2. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 29. 5. 2024 do 10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Přílohy:

01 Technická specifikace - ve znění V2.docx

02 Obchodní podmínky - ve znění V2.docx

V Ostravě dne 14. 5. 2024

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek