



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 veřejné zakázky označené „Bioreaktor“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 27. 8. 2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Bioreaktor“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 9:

Zadavatel v technické dokumentaci uvádí:

Přístroj umožňuje dávkování do reaktoru rychlostí v rozmezí alespoň 0,1-20 ml.min-1

Zadavatel požaduje velmi nízkou spodní hranici dávkování. Tento parametr je v technické specifikaci uveden jako „Požadovaná hodnota – musí být alespoň splněno!“.

Rádi bychom nabídli přístroj, který je vhodný pro kultivační reakce, digesce a podobné procesy vedené ve vodné fázi za kontrolovaných reakčních podmínek s vyšším rozsahem dávkování než je požadováno, ale zároveň s vyšší spodní hranicí dávkování.

Akceptoval by zadavatel spodní hranici rozsahu dávkování od 1,2 ml/min s rozsahem do 36.7 mL/min min?

Odpověď:

S ohledem na budoucí zamýšlené použití zadavatel trvá na uvedeném rozmezí rozsahu dávkování alespoň 0,1-20 ml/min.

V Ostravě

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek