

Písenná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky pod označením „Dodávka systému magnetronového naprašování“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ):	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba 61989100		
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému magnetronového naprašování, vč. software a příslušenství		
Cena sjednaná ve smlouvě:	9 000 000,00 Kč bez DPH		
Označení účastníků zadávacího řízení (název; sídlo/místo podnikání; IČ; nabídková cena):			
Měřicí technika Morava s.r.o.	Babická 619, 664 84 Zastávka	29316715	9 000 000,00 Kč bez DPH
Königssystems UG (haftungsbeschränkt)	Schenefeld/Krs. Pinneberg, Borgfelde 6, 22869 Schenefeld, Spolková republika Německo	DE HRB17076PI	7 812 000,00 Kč bez DPH
HHV Ltd	Unit 14 Lloyds Court, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9QX, United Kingdom	GB 6738557	13 600 000,00 Kč bez DPH
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:			
Königssystems UG (haftungsbeschränkt)	<p>Nabídka účastníka Königssystems UG (haftungsbeschränkt) nesplnila požadavky zadavatele na předmět dodávky, když nesplnila jeden z podstatných technických parametrů.</p> <p>Zadavatel, v rámci zadávací dokumentace (příloha č. 1 Technická specifikace), formuloval jeden z požadavků na technické řešení části Manetronový klastr následovně: „Magnetronový klastr je modulární, umožňující přidání či výměnu UHV magnetronových zdrojů (až 6 UHV magnetronových zdrojů) a je plně kompatibilní s depoziční komorou a celým depozičním systémem (požadované vakuum, ovládání magnetronových zdrojů, software, atd.).“</p> <p>Účastník Königssystems UG (haftungsbeschränkt) však tuto podmínku nesplnil. V technickém popisu nabízeného řešení uvádí: „The magnetron cluster consists of a set of 3 magnetrons (expandable to 5)“.</p> <p>Požadavek na možnost rozšíření magnetronového klastru na šest UHV magnetronových zdrojů je zásadní technickou podmínkou, kterou zadavatel považuje za důležitou pro úspěšnou realizaci několika vědeckých témat a cílů v rámci projektu REFRESH. Magnetronové naprašování hraje v rámci tohoto projektu stěžejní roli při přípravě pokročilých funkčních tenkých vrstev nanomateriálů a hybridních nanostruktur. Celý koncept technologického řešení se opírá o schopnost systému pracovat s více UHV magnetronovými zdroji, přičemž šest zdrojů umožňuje výrazně širší technologické možnosti než pět, což je rozhodující pro dosažení plánovaných výsledků projektu.</p> <p>Účastník Königssystems UG (haftungsbeschränkt) tak nesplnil minimální technické požadavky zadavatele stanovené zadávacími podmínkami.</p> <p>Zadavatel, z výše uvedeného důvodu nesplnění zadávacích podmínek (technické požadavky zadavatele), v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona, vyloučil účastníka Königssystems UG (haftungsbeschränkt) z další účasti ve veřejné zakázce „Dodávka systému magnetronového naprašování“.</p>		
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:			
Obchodní firma/název:	Měřicí technika Morava s.r.o.		
Sídlo:	Babická 619, 664 84 Zastávka		
IČ:	29316715		
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:	Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou		

Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatelů (je-li zadavateli známo):	Bez poddodavatelů
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:	
Nebylo použito	
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:	
Nebylo použito	
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:	
Nebylo použito	
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:	
Nebylo zrušeno.	
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:	
Nebyly použity	
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn	
Nebyl zjištěn střet zájmů	
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:	
Jedná se o jeden přístroj včetně příslušenství.	
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci	
Nebylo použito	